



АТТЕСТАТ

№ 06-15459-2021-0101101

Дата выдачи 20 октября 2021 г.

Удостоверяется, что Климатическая камера для проведения

наименование и тип испытательного оборудования,

лабораторных испытаний КК-125, инвентарный № 0101101,

заводской или инвентарный номер

производства ОАО «ИНСОЛАР-ИНВЕСТ»,

принадлежащая АО «РЗП»

наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)

По результатам первичной аттестации, протокол № 01/06/1013-21 от  
20 октября 2021 г., признана пригодной для использования при испытаниях  
различных технических изделий, приборов, строительных материалов и  
конструкций и т.п. на воздействие температуры от минус 60 до 60 °С

наименование продукции

с амплитудой колебаний температуры не более  $\pm 3$  °С, неравномерностью

распределения температуры по рабочему объему камеры не более 6 °С и

относительной влажности от  $\phi_{окр}+10$  до 95 % при температуре 10 °С

с амплитудой колебаний влажности не более  $\pm 8$  %, неравномерностью

распределения влажности по рабочему объему камеры не более 6 %

по в соответствии с эксплуатационной документацией «Климатическая

наименование и обозначение документов на методики испытаний (при необходимости)

камера для проведения лабораторных испытаний КК-125 РЭ. Паспорт.

Руководство по эксплуатации»

Периодичность периодической аттестации 12 (месяцев, лет)

Аттестат выдан Сергиево-Посадским филиалом ФБУ «Ростест-Москва»

наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)

Директор  
Сергиево-Посадского филиала



А.С. Фефилов

117418 Москва, Нахимовский пр., 31  
Call-Центр: 495-544-00-00  
тел. 499-129-19-11 факс: 499-124-99-96  
E-mail: [info@rostest.ru](mailto:info@rostest.ru), [www.rostest.ru](http://www.rostest.ru)